

## CLEVENGER DÜZENEĐİ 500 ML TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Cam düzenek yerli malı olmalıdır.
2. Borosilikat 3,3 borudan imal edilmiş olmalıdır.
3. Cam düzenek 6000 ml hacimli ve 10 ml taksimatlı olmalıdır.
4. Cam düzenek ; musluk, sođutucu, buhar tutucu, numune koyma haznesi nden oluşmalıdır.
5. Kıskaç, hortum ve büret standını da içermelidir.
6. Düzeneđe ait şilif 45\*40 olmalıdır.
7. Düzeneğin ölçü tüpü hacmi 10 ml olmalıdır.
8. Cihaza ait teklif sunan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,İSO 9001 Kalite Belgesi bulunmalıdır.